

Waschprogramm 3:

- Behandlung im Co-Solvent Bad (Topklean) 72°C ohne Ultraschall	200 Sek
- Druckumflutung	ein
- Abtropfen über dem Co-Solvent Bad (Topklean)	30 Sek
- Behandlung im HFE Bad ohne Ultraschall	150 Sek
- Spülen mit HFE Dampf ca. 55°C	90 Sek
- Trocknen	240 Sek
Gesamt Durchlaufzeit	11Min 50 Sek